



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA**, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal n.º 14.133, de 2021, e considerando a manifestação positiva através de Relatório de Conformidade da Controladoria do Município referente ao Processo Licitatório da Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA, sendo ele o **PREGÃO ELETRÔNICO n.º 050/2026**, originado do **PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 1412/2026**.

RESOLVE:

HOMOLOGAR o PREGÃO ELETRÔNICO n.º 050/2026 para a **Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de locação de equipamentos médico-hospitalares de diagnóstico por imagem para atender as necessidades do município de Barra do Corda-MA**, tendo como vencedora a empresa:

D FARIAS LIMA CIA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 44.369.725/0001-27, com sede na Rua Jose do Patrocínio, nº 1, Bairro Cohama, CEP: 65.074-410, São Luis/MA, e-mail: ultramegahosp@gmail.com, telefone: (98) 98839-4993, neste ato representada por seu Proprietário, Sr. **FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO**, inscrito no CPF n. 059.335.563-60 e portador da C. I. n.º 0230855120025, foi declarada vencedora dos **LOTES 2 e 3** totalizando o Valor Global de **R\$ 1.094.827,44 (um milhão, noventa e quatro mil, oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos)**.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	RS UNIT.	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL (12 MESES)
2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM - para realização de ecocardiografia transtorácica em pacientes adulto e pediátrico: • Aparelho portátil ou fixo. • Possuir capacidade para realização de exames de Cardiologia. • Possuir capacidade para realização de exame de Eco estresse bidimensional, farmacológico ou de esforço, incluindo captura contínua digital. • Possuir Sistema Completo para aquisição de traçado de ECG. • Possuir protocolos pré-configurados de exames, e permitir a configuração de novos protocolos de exames pelo operador. • Possuir no mínimo os seguintes modos de aquisição de imagens: 2D, Fluxo em Cores, Doppler contínuo e pulsado. • Permitir a geração de Imagens em modo B, modo M, B/M, B/Color/M, Doppler contínuo e pulsado, mapeamento de fluxo em cores, exibição simultânea da imagem com e sem Doppler colorido, ciclo cardíaco nos modos 2D, Doppler colorido e Doppler tecidual. • Possuir todos os hardwares, softwares, licenças e acessórios necessários para no mínimo a realização dos seguintes procedimentos: • Doppler tecidual em tempo real, com alta velocidade de quadros ("Frame rate"), permitindo estudos quantitativos posteriores ao exame; • Cálculo dos volumes regionais e globais do ventrículo esquerdo; • Possuir Sistema que permita o Pós-Processamento de Imagem, mesmo após a conclusão do exame; • Permitir a gravação de imagens em mídia digital, no mínimo do tipo pen drive e DVD; • Possuir no mínimo os seguintes acessórios: -01 Unidade de Transporte, para o Equipamento e seus acessórios, com trava em no mínimo 02 rodas; - 01 Monitor LCD Colorido; - 01 Transdutor Multifrequencial Setorial Adulto; - 01 Cabos de ECG Reutilizáveis; - 01 Impressora (podendo ser utilizada Videoprinter); -01 No-Break Senoidal, com tensão de entrada 220V, dimensionado para assumir a carga do Equipamento e seus acessórios por no mínimo 01 hora; - Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento	UND	2	14.169,12	28.338,24	340.058,88



	e de suas especificações supracitadas. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM - para realização de ecocardiografia transtorácica em pacientes adulto e pediátrico: • Aparelho portátil ou fixo. • Possuir capacidade para realização de exames de Cardiologia. • Possuir capacidade para realização de exame de Eco estresse bidimensional, farmacológico ou de esforço, incluindo captura contínua digital. • Possuir Sistema Completo para aquisição de traçado de ECG. • Possuir protocolos pré-configurados de exames, e permitir a configuração de novos protocolos de exames pelo operador. • Possuir no mínimo os seguintes modos de aquisição de imagens: 2D, Fluxo em Cores, Doppler contínuo e pulsado. • Permitir a geração de Imagens em modo B, modo M, B/M, B/Color/M, Doppler contínuo e pulsado, mapeamento de fluxo em cores, exibição simultânea da imagem com e sem Doppler colorido, ciclo cardíaco nos modos 2D, Doppler colorido e Doppler tecidual. • Possuir todos os hardwares, softwares, licenças e acessórios necessários para no mínimo a realização dos seguintes procedimentos: • Doppler tecidual em tempo real, com alta velocidade de quadros ("Frame rate"), permitindo estudos quantitativos posteriores ao exame; • Cálculo dos volumes regionais e globais do ventrículo esquerdo; • Possuir Sistema que permita o Pós-Processamento de Imagem, mesmo após a conclusão do exame; • Permitir a gravação de imagens em mídia digital, no mínimo do tipo pen drive e DVD; • Possuir no mínimo os seguintes acessórios: -01 Unidade de Transporte, para o Equipamento e seus acessórios, com trava em no mínimo 02 rodas; - 01 Monitor LCD Colorido; - 01 Transdutor Multifrequencial Setorial Adulto; - 01 Cabos de ECG Reutilizáveis; - 01 Impressora (podendo ser utilizada Videoprinter); -01 No-Break Senoidal, com tensão de entrada 220V, dimensionado para assumir a carga do Equipamento e seus acessórios por no mínimo 01 hora; - Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e de suas especificações supracitadas.					
3	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA - Tomógrafo computadorizado helicoidal de 16 cortes, com detector de estado sólido com, no mínimo, 16 fileiras físicas. Gantry com abertura mínima 70 cm, faixa de angulação física ou digital mínima de +/- 30°; Tempo de corte total em 360° de 0,8 segundo ou menor; Capacidade para aquisição helical contínua mínima de 100 segundos. Conjunto tubo e gerador: Potência do gerador de, no mínimo, 32 KW; Capacidade térmica do anodo de no mínimo 3.5 MHU. Sistema de aquisição de dados: Aquisição Multislice de no mínimo 16 cortes simultâneos por rotação de 360°; Espessura de corte de 0,8 mm ou menor. Campo de visão variável entre 50 e 500 mm ou superior. Console com capacidade de aquisição e reconstrução respectivamente, contendo 1 monitor de no mínimo 19 polegadas colorido, teclado e mouse. O sistema deve permitir manipulação, filmagem e processamento de imagens previamente armazenadas durante a aquisição de novas imagens. Software 3D, permitindo diferentes tipos de reconstrução: Volume Rendering, Surface, e projeção de RX; Software Multiplanar em tempo real; Software Angiográfico; Sistema de subtração digital óssea; Software para visualização de imagens em tempo real. Reconstrução de imagens axiais em matriz 512x512. Protocolo DICOM 3.0: Print, Storage SCU e MWM (Worklist). Mesa do paciente com peso suportável de, no mínimo, 200 kg. Estação de Trabalho independente com configuração de Hardware da Estação de trabalho independente de no mínimo: Processador Intel Xeon Quad Core 2.4GHz (ou superior), 12 GB de memória RAM (ou superior), HD com capacidade mínima de 380 GB (ou superior), monitor LCD de no mínimo 19 polegadas, gravador de CD-RW e DVD-RW, modem e placa de rede padrão Ethernet, placa de vídeo com no mínimo 512mb de memória, teclado e mouse, sistema operacional compatível com o equipamento. Softwares necessários na estação de trabalho: reconstrução multiplanar (MPR), MPR curvo e oblíquo, MIP, min-MIP, reconstrução tridimensional (3D) SSD e VR ou superior, remoção de ossos automática; Pacote vascular avançado para Angio CT - segmentação automática e vasos. Acessórios: suporte de crânio, suporte de pernas; jogo de fantasmas para calibração. Estabilizador de tensão de rede (externo ou internamente ao tomógrafo) com potência compatível para todo o equipamento, não sendo suficiente somente para estabilizar a base computacional, nobreak para os computadores e demais acessórios necessários para o completo funcionamento do sistema.	UND 1	62.897,38	62.897,38		754.768,56

M C DOS SANTOS MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, inscrita no CNPJ n.º **21.235.286/0001-64**, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 2315, Bairro Macaúba, CEP: 64.016-030, Teresina/PI, e-mail: san.marcio@hotmail.com, telefone: (86) 99425-8995 / 98828-3903, neste ato representada por seu Proprietário, Sr. **MÁRCIO CAMPELO DOS SANTOS**, inscrito no CPF n. 870.169.583-53, foi declarada vencedora dos **LOTES 1, 4 e 5** totalizando o Valor Global de **R\$ 1.285.080,24 (um milhão, duzentos e oitenta e cinco mil, oitenta reais e vinte e quatro centavos)**.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	RS UNIT.	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL (12 MESES)
1	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGEM - DIGITALIZADOR CR. - SISTEMA DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DE RAIOS-X (MONOCASSETTE) DE MESA, com Registro na ANVISA. Características gerais: *Sistema de digitalização de imagens de raio-x, por placas de fósforo, monocassete, com resolução de 12bits/pixel. Características técnicas mínimas do aparelho: - Monocassete, para radiologia e mamografia, com possibilidade para chassis com placas de fósforo, nos formatos: 18x24 cm, 24x30 cm, 35x45 cm para raios-X e mamógrafo. O Sistema deverá ser composto de: - Leitor de imagens; - Estação de trabalho de controle de Qualidade, O equipamento deverá possuir capacidade de: Identificação dos chassis; - Reconhecimento automático de tamanho e tipo dos chassis; - Leitura em alta resolução de 10 pixels/mm para radiologia geral; - processamento de no mínimo 40 (quarenta) chassis no formato 18X24 cm da radiologia por hora em resolução de 10pixels/mm.*Sistema DICOM 3.0 Print para impressão e armazenamento Storage SCU, controladora de rede Fast Ethernet – Efetuar conexão DICOM 3.0, Storage SCU para imagens brutas (raw data) e pós processadas;	UND	2	20.200,00	40.400,00	484.800,00
4	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIOS-X FIXO - O aparelho de raio-X fixo de 500 mA é destinado à realização de exames radiográficos médicos e deve ser composto por um gerador de alta tensão, mesa bucky com tampo flutuante, estativa porta-tubo e colimador luminoso. O equipamento deve atender às normas vigentes da ANVISA, ABNT e CNEN para segurança e desempenho. O gerador de raios-X deve ser de alta frequência, com potência mínima de 32 kW, corrente do tubo de 500 mA ou superior e faixa de tensão entre 40 e 125 kVp. Deve possuir controle de exposição manual e automático (APR - Programação Anatômica), tempo de exposição variando de 1 ms a 5 segundos ou mais e um sistema de segurança contra sobrecarga térmica. O tubo de raios-X deve ter capacidade térmica mínima de 100 KHU, ânodo giratório com velocidade mínima de 2.800 RPM e ponto focal duplo de, no mínimo, 0,6 mm e 1,2 mm. A filtragem total deve ser de pelo menos 2,5 mm Al, garantindo a qualidade da radiação emitida. A mesa bucky deve ser fixa ou elevatória, com tampo flutuante e dimensões mínimas de 2,00 x 0,80 m. Deve permitir movimentos longitudinais e transversais do tampo e contar com suporte para cassete convencional e digital. A estativa porta-tubo deve possibilitar movimento vertical e horizontal, rotação do tubo de pelo menos ±90°, possuir sistema de travamento eletromagnético ou mecânico e indicador de distância focofilme (DFOF). O colimador deve ser luminoso, de alta precisão, com fonte de luz LED e tempo de vida útil superior a 10.000 horas, além de apresentar marcações para diferentes tamanhos de filme. O painel de controle deve contar com programação anatômica para pelo menos 100 protocolos, display digital ou touchscreen, indicação dos parâmetros selecionados e ajuste automático da carga térmica. A estrutura do equipamento deve ser reforçada em aço tratado contra corrosão, com pintura eletrostática resistente a produtos químicos. O sistema deve ser compatível com tecnologias de digitalização DR/CR e incluir grades antidispersivas com razão mínima de 8:1. Além disso, deve acompanhar cabos de alimentação e interconexão adequados à instalação	UND	1	19.600,00	19.600,00	235.200,00



5	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO E PACS - Impressora Laser Colorida com impressão de papel A4 para impressão de imagens de exames radiológicos, com fornecimento de insumos, sendo estes: papel fotográfico e todo insumo necessário para impressão e serviço de PACS: SISTEMA PACS COM SERVIDOR LOCAL Sistema PACS para armazenamento e distribuição das imagens com Computador SERVIDOR com Funções do PACS: Descrição geral: Armazenamento das imagens geradas na modalidade raio-x; Visualizador WEB/HTML de imagens; Distribuição WEB interna para consultórios ou departamentos; Busca on-line de exames simplificada nos consultórios por nome ou números de identificação ou data do procedimento; Visualizador com ferramentas de medição, zoom, contraste, inverter, brilho, entre outras - Deverá acompanhar: hardware com características compatíveis com o sistema oferecido para garantir o pleno e bom funcionamento do mesmo. - Acompanhar ainda nobreak e demais acessórios necessários. - Equipamento deverá ser totalmente compatível com os demais equipamentos solicitados neste termo de referência.	UND	4	11.772,51	47.090,04	565.080,48
---	---	-----	---	-----------	-----------	------------

Determino que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação da referida empresa.

Barra do Corda/MA, 30 de julho de 2026.


OMAR TEODORO CURADO FLEURY
Secretário de Saúde



AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 1412/2026.

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de locação de equipamentos médico-hospitalares de diagnóstico por imagem para atender as necessidades do município de Barra do Corda-MA. Homologado o procedimento licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO n.º 050/2026**, que foi **ADJUDICADO**, em favor da empresa **D FARIAS LIMA CIA LTDA**, inscrita no **CNPJ n.º 44.369.725/0001-27**, com sede na Rua Jose do Patrocínio, nº 1, Bairro Cohama, CEP: 65.074-410, São Luis/MA, e-mail: ultramegahosp@gmail.com, telefone: (98) 98839-4993, neste ato representada por seu Proprietário, Sr. **FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO**, inscrito no CPF n. 059.335.563-60 e portador da C. I. n.º 0230855120025, foi declarada vencedora dos **LOTES 2 e 3** totalizando o Valor Global de **R\$ 1.094.827,44 (um milhão, noventa e quatro mil, oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos)**. **M C DOS SANTOS MANUTENÇÃO DE MAQUINAS**, inscrita no **CNPJ n.º 21.235.286/0001-64**, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 2315, Bairro Macaúba, CEP: 64.016-030, Teresina/PI, e-mail: san.marcio@hotmail.com, telefone: (86) 99425-8995 / 98828-3903, neste ato representada por seu Proprietário, Sr. **MÁRCIO CAMPELO DOS SANTOS**, inscrito no CPF n. 870.169.583-53, foi declarada vencedora dos **LOTES 1, 4 e 5** totalizando o Valor Global de **R\$ 1.285.080,24 (um milhão, duzentos e oitenta e cinco mil, oitenta reais e vinte e quatro centavos)**. **OMAR TEODORO CURADO FLEURY**. Secretário de Saúde. Barra do Corda/MA, 30 de julho de 2026.

Secretaria de Comunicação

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2026 – PMBC/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2026.

A Prefeitura Municipal de Barra do Corda – MA, através de seu Pregoeiro e equipe de apoio, torna público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei nº 14.133/2021, do Decreto Municipal nº 138/2023, e demais legislações aplicáveis. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, COMPREENDENDO A PRODUÇÃO, EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDOS INFORMATIVOS OFICIAIS, COBERTURA DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, GERENCIAMENTO OPERACIONAL DE CANAIS DIGITAIS INSTITUCIONAIS E APOIO TÉCNICO À COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA, COM EXECUÇÃO MEDIANTE ROTINAS PADRONIZADAS E CRITÉRIOS OBJETIVOS, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. O início da disputa ocorrerá no dia 17 de agosto de 2026, às 09h00min, horário de Brasília/DF. Local: Portal de Compras www.licitabarradocordama.com.br. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos junto à Comissão Permanente de Licitação – CPL, na sede da Prefeitura, localizada na Rua Isaac Martins, nº 371, Centro – Barra do Corda – MA, CEP: 65950-000, no horário de 08h00min às 12h00min, no Portal do Município: www.barradocorda.ma.gov.br, no Portal de Compras www.licitabarradocordama.com.br, e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Para mais esclarecimentos sobre a licitação, entrar em contato pelo seguinte e-mail: cplbdc25@gmail.com. Barra do Corda – MA, 30 de julho de 2026. Bruno de Araújo Akashi - Pregoeiro do Município.

Publicado por: Gyslaine Ferreira Almeida

Assessora Jurídica

Código identificador: zuwum2fntij20260730160747

Secretário de Saúde

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 1412/2026. OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de locação de equipamentos médico-hospitalares de diagnóstico por imagem para atender as necessidades do município de Barra do Corda-MA. Homologado o procedimento licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO n.º 050/2026, que foi ADJUDICADO, em favor da empresa D FARIAS LIMA CIA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 44.369.725/0001-27, com sede na Rua Jose do Patrocínio, nº 1, Bairro Cohama, CEP: 65.074-410, São Luis/MA, e-mail: ultramegahosp@gmail.com, telefone: (98) 98839-4993, neste ato representada por seu Proprietário, Sr. FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO, inscrito no CPF n.º 059.335.563-60 e portador da C. I. n.º 0230855120025, foi declarada vencedora dos LOTES 2 e 3 totalizando o Valor Global de R\$ 1.094.827,44 (um milhão, noventa e quatro mil, oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos). M C DOS SANTOS MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, inscrita no CNPJ n.º 21.235.286/0001-64, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 2315, Bairro Macaúba, CEP: 64.016-030, Teresina/PI, e-mail: san.marcio@hotmail.com, telefone: (86) 99425-8995 / 98828-3903, neste ato representada por seu Proprietário, Sr. MÁRCIO CAMPELO DOS SANTOS, inscrito no CPF n.º 870.169.583-53, foi declarada vencedora dos LOTES 1, 4 e 5 totalizando o Valor Global de R\$ 1.285.080,24 (um milhão, duzentos e oitenta e cinco mil, oitenta reais e vinte e quatro centavos). OMAR TEODORO CURADO FLEURY. Secretário de Saúde. Barra do Corda/MA, 30 de julho de 2026.

Publicado por: Gyslaine Ferreira Almeida

Assessora Jurídica

Código identificador: se8xhl5iubo20260730160740

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO

CONTRATO ADMINISTRATIVO n.º 392/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 886/2026 PREGÃO ELETRÔNICO n.º 055/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO ENTRE O MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, E A EMPRESA J.R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA, inscrita no CNPJ n.º 05.121.589/0001-08. Por este instrumento, o MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA, inscrito no CNPJ sob o Nº

Edital nº 050/2026

Última atualização 27/05/2026



[Acessar Contratação](#)

Local: Barra do Corda/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA

Unidade compradora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Não

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 27/05/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 25/05/2026 14:00 (horário de Brasília)

[Portal Nacional de Contratações Públicas](#)



[Entrar](#)

Id contratação PNCP: 06769798000117-1-000083/2026 **Fonte:** BR Conectado

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA, CONFORME TABELA, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 2.859.272,64

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA

R\$ 2.379.907,68

[Itens](#)

[Arquivos](#)

[Atas de Registro de Preço](#)

[Contratos/Empenhos](#)

[Histórico](#)

Número

Descrição

Quantidade

Valor unitário estimado

Valor total e